



Ministerio de Salud de la Nación

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2017

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-640-LPI-B
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LABORATORIOS”
Préstamo BIRF N° 8516-AR.**

Sres.:

Circular aclaratoria N° 1

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria N° 1 dispuesta por el Comprador:

Consulta 1:

Lote 2: a) No queda claro si el equipo solicitado debe tener incorporado “ Lavador de Cubetas”, tal cual está explícito en la descripción del Lote 5 donde dice “con Lavador”

b) No queda claro si la oferta debe incluir o no la PC que maneja y controla al equipo, como también UPS y Planta de Agua Desmineralizada para la Estación de Lavado del equipo, productos que a nuestro criterio son necesarios para el correcto funcionamiento y vida útil y sin los cuales no pueden ponerse en funcionamiento los equipos.

Respuesta 1:

- a) **Podrá ofertarse como opcional el Lavador de Cubetas**
- b) **Podrá ofertarse como opcional PC, UPS y Planta de Agua para desmineralización**

Consulta 2:

Lote 5: No queda claro si la oferta debe incluir o no la PC que maneja y controla el equipo, como también UPS y Planta de Agua desmineralizadora para la estación de lavado del equipo, productos que a nuestro criterio son necesarios para el correcto funcionamiento y vida útil a futuro y sin los cuales no se pueden poner en funcionamiento los equipos

Respuesta 2:

Podrá ofertarse como opcional PC, UPS y Planta de agua para desmineralización.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Dra. SILVIA BEATRIZ PEREZ
Coordinadora de Adquisición y
Contrataciones
UFI-SALUD