



Buenos Aires, 07 de Mayo de 2019

**LPI No: AR-MSAL-71694-GO-RFB**  
**"ADQUISICIÓN DE**  
**EQUIPAMIENTO PARA DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES"**  
**Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) N° 8516-**  
**AR/8853-AR**

*Sres.:***Circular Aclaratoria N° 6**

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular Aclaratoria N° 6 dispuesta por el Comprador:

**LOTE 2**

Referente a la consulta N° 1 de la Circular Aclaratoria N° 5 de fecha 12 de Marzo de 2019, en relación a la Sección VI. “Lista de Requisitos”, punto 3. Especificaciones Técnicas “Lote 2: Ecógrafo de Alta Complejidad Multipropósito”:

“Se requiere un (1) transductor lineal para cubrir el rango de frecuencia de 3 a 15 MHz (+/-2 MHz)”. Solicitamos que tengan en cuenta un transductor de aplicaciones generales con un rango de frecuencia de 3 a 12 MHz con un probado desempeño en el país y en todo el mundo. El mismo es una opción excelente para cubrir aplicaciones vasculares, de partes blandas, músculo esquelético y mama.

En caso de no ser posible, solicitamos se tengan en cuenta transductores con frecuencias que exceden el rango de 3 a 15 MHz en más de 2 MHz dado que superan lo pedido. A mayor rango de frecuencias, más posibilidades diagnósticas podrá tener el transductor. En este caso tiene mayor definición en músculo, mamas y piel además de tener excelente desempeño vascular y partes blandas”; y cuya respuesta fue:

**Respuesta 1:**

Nos remitimos a la Enmienda Nro 1:

“Se requiere un (1) Transductor lineal para cubrir el rango de frecuencia de 3 a 15 MHz (+/-2) MHz”.

**Los oferentes deberán sólo tener en cuenta lo requerido en la Enmienda Nro 5:**

**“Se requiere un (1) transductor lineal para cubrir, al menos, el rango de frecuencia de 5 a 13 MHz”.**

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen inalterables.



Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



Cra. Silvia Beatriz Pérez  
Compras Y Contrataciones  
Internacionales