



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

---

**PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO  
DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA CONTENER, CONTROLAR Y MITIGAR SU  
EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ARGENTINA**

**PRÉSTAMO BID 5032/OC-AR**

**Adquisición de Salbutamol para Campaña**

**Invierno 2021**

**EX-2020-60044014- -APN-SSGA#MS**

Buenos Aires, 12 de enero de 2021

**Ref.:** Adquisición de Salbutamol para Campaña  
Invierno 2021.

**Circular Aclaratoria N°2**

**Circular Aclaratoria N° 2**

De conformidad con lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte I. Sección I. Instrucciones a los Oferentes del Documento de Licitación Pública Nacional, el comprador comunica la siguiente Circular Aclaratoria Nro. 1, que da respuesta a las consultas realizadas por potenciales oferentes:

**Consulta N°1: Considerando las enmienda No.1 comunicada por el comprador, punto 3.1) "características particulares", punto D), donde establece: "máscara flexible siliconada nasobucal para uso ...."**

**Se solicita se pueda aclarar al respecto:**

a) Si se refiere a que al material de composición de la máscara, que debe ser 100% de silicona

b) O si se refiere a material del tipo silicona en cuanto a su prestación mecánica y flexibilidad.

**La consulta se debe a que el costo del material compuesto 100% por silicona es hasta 3 veces superior a materiales de similares prestaciones mecánicas y flexibles autorizados también para el uso indicado**

**Respuesta N°1:**



**MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN**

---

Se procede a aclarar que se hace referencia al material tipo siliconado en cuanto a su presentación mecánica y flexible, para el uso indicado, no es necesario que sea 100 % siliconado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Circular Nro. 2 - EX-2020-60044014- -APN-SSGA#MS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.